

[برگشت \(/IACLD/Panel/Labs/Answers/45212\)](#)

چاپ

دوره چهل و هشتم تابستان 1403

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| کد نمونه 1046 | EQAP-10814 | آزمایشگاه نوبل |
|---------------|------------|----------------|

| | | |
|--|----|-----------|
| عملکرد عالی (رنگ آبی) | DI | < 0.5 |
| عملکرد مطلوب (رنگ سبز) | DI | 0.5 - 1.0 |
| نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد) | DI | 1.0 - 2.0 |
| نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی) | DI | 2.0 - 3.0 |
| وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز) | DI | > 3.0 |
| نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range) | DI | > 10.0 |

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه‌ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

| Analyte | Unit | Lab Result | PeerGroup Count | PeerGroup Mean | PeerGroup %CV | Lab DI |
|---|--------|------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| AFP (/IACLD/Panel/Analysis/Report/45212/1651/194972) | ng/mL | 20.60 | 72 | 19.23 | 12.77 | 0.90 |
| Free βhCG (/IACLD/Panel/Analysis/Report/45212/1651/195001) | ng/mL | 39.53 | 114 | 35.09 | 7.63 | 0.84 |
| hCG (/IACLD/Panel/Analysis/Report/45212/1651/195020) | IU/L | 63000 | 88 | 63968.24 | 11.60 | 6.67 |
| Inhibin A (/IACLD/Panel/Analysis/Report/45212/1651/195036) | pg/mL | 387.30 | 52 | 342.52 | 9.77 | 0.87 |
| PAPP-A (/IACLD/Panel/Analysis/Report/45212/1651/195048) | mIU/mL | 5.56 | 106 | 5.36 | 10.33 | 0.49 |
| Unconjugated E3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/45212/1651/195062) | ng/mL | 0.10 | 75 | 0.15 | 26.68 | 1.00 |